



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Mírov

poštovní přihrádka 1, 789 53 Mírov

Tel.: 583 488 111, Fax: 583 429 134, ISDS: ajyfn4

VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.: VS 141854-2/ČJ-2017/803650

VYŘIZUJE: Ing. Zacpal

TELEFON: 583 488 450

FAX: 583 429 134

E-MAIL: vzacpal@vez.mir.justice.cz

V Mírově dne 9. 5. 2017

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

V souladu s § 31 ZZVZ Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) akce:

Mírov – nákup rentgenového přístroje

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a veřejná zakázka není zadávána dle ZZVZ. Toto poptávkové řízení se řídí ZZVZ jen tehdy, pokud tak ZZVZ nebo tato výzva výslovně stanoví.

1. Identifikační údaje zadavatele

Česká republika - Vězeňská služba ČR se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, právní forma: organizační složka státu - Věznice Mírov, P.O.Box 1, 789 53 Mírov, za kterou právně jedná na základě pověření č.j.: VS-88533-4/ČJ-2016-800020 ze dne 01. 09. 2016 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang, ředitel Věznice Mírov, 789 53 Mírov, tel. 583488111, fax. 583429134, IČO 00212423, DIČ: není plátcem.

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

- a) Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenového přístroje včetně nepřímé digitalizace a PACS systému (dále jen „RTG přístroje“). Požadujeme analogový RTG přístroj pro vyšetření především skeletu a měkkých tkání u dospělých osob. RTG přístroj musí splňovat tyto minimální technické parametry:

1) RTG přístroj

RTG generátor

- min. výkon 40 kW
- rozsah kV: 40 - 150 kV
- konstantní výstup pomocí regulace kV a mA během expozice
- uživatelsky modifikovatelné APR programy v českém jazyce (min. 500 programů)
- servisní nastavení pomocí externího PC
- indikátor dávky záření DAP (Dose Area Produkt)

Sloupový závěs rentgenky

- stativ rentgenky integrovaný s vyšetřovacím stolem
- rotace rentgenky v rozsahu min. $\pm 120^\circ$
- příčný posun ramene rentgenky min. ± 10 cm
- ohnisková vzdálenost při snímkování pacienta na stole min. 125 cm

Rentgenka

- kombinace ohnisek max. 0,6/1,2 mm
- min. tepelná kapacita anody min. 300 kHU

Primární clona

- manuální ovládání clon

Vyšetřovací stůl s pevnou výškou desky

- radiotransparentní deska s rozměry min. 220x80 cm
- výška desky od podlahy cca 75 cm
- podélný pohyb desky stolu min. ± 50 cm
- nosnost desky stolu min. 200 kg
- příčný posun desky stolu min. ± 10 cm
- Potter-Bucky snímkový clona s pohyblivým rastrem
- synchronizace rentgenky s Bucky clonou
- rastr min. 40 l/cm, poměr čar min. 12:1
- kazetový vozík pro formáty od 13x18 do 35x43 cm v obou orientacích
- kontrola přítomnosti kazety v kazetovém vozíku při snímkování s bucky clonou
- ionizační komora se třemi měřicími doménami v trojúhelníkovém uspořádání

Vertigraf

- výškově nastavitelný bucky vozík v rozsahu min. 40-190 cm od podlahy
- Potter-Bucky snímkový clona s pohyblivým rastrem
- rastr min. 40 l/cm, poměr čar min. 12:1
- kazetový vozík pro formáty od 13x18 do 35x43 cm
- kontrola přítomnosti kazety v kazetovém vozíku při snímkování s bucky clonou
- ionizační komora se třemi měřicími doménami v trojúhelníkovém uspořádání

Příslušenství pro RTG komplet

- VN kabelový set v délce dle potřeby pracoviště
- externí držák rtg kazety na vertigraf

2) nepřímá digitalizace včetně PACS systému

CR systém

- stolní čtecí zařízení pracující systémem nepřímé digitalizace (CR)
- možnost současného zpracování jedné CR kazety
- možnost zpracování CR kazet formátu 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm a 35x43 cm
- možnost zpracování všech formátů CR kazet v základním (min. 5 pixel/mm) i vysokém (min. 10 pixel/mm) rozlišení podle předvolby anatomického programu
- výstup v min. 12ti bitové hloubce obrazu (min. 4096 stupňů šedi)
- výkon min. 25 kazet za hodinu pro formát 35x43 cm
- možnost současného vložení a zpracování zaregistrovaných kazet různých pacientů
- automatické vymazání přečtené CR kazety (záznamové folie)
- možnost pouze vymazání CR kazety (záznamové folie) bez čtení
- požadovaný počet CR kazet se záznamovou folií - 2 ks 18x24 cm, 2 ks 24x30 cm, 2 ks 35x43 cm

Ovládací konzole kombinovaná s PACS serverem

- ovládací stanice integrovaná s funkcemi PACS serveru a diagnostické stanice
 - možnost připojení dalších klientů na počítačové síti (ne WEB prohlížeč) pro popis nebo prohlížení snímků – min. pět současně připojených klientů
 - možnost odesílání snímků na vzdálený popis
 - možnost vzdáleného přístupu pro prohlížení snímků
 - HW – PC stanice se zrcadlenými disky min. 2x500MB a min. 21“ LCD monitorem certifikovaným pro lékařství s rozlišením min. 2MP, UPS min. 800VA
 - vlastní paměť pro uložení snímků (min. 1 000 snímků)
 - SW – pro automatizované a jednoduché zpracování snímků
 - registrace pacienta manuální nebo příjem dat z NIS systému pomocí Dicom Modality Worklist
 - akvizice dat z CR systému s možností volby rozlišení
 - možnost prohlížení snímků včetně funkcí pro zvětšení, anotace, měření, změna formátu, změna okna (denzita, kontrast, atd.)
 - možnost exportu snímků do JPEG formátu na různá média (CD, DVD, USB)
 - možnost odeslání snímků na tiskárnu (Windows tisk na papír) nebo do PACS systému funkcí DICOM STORE
 - možnost vytvoření CD/DVD s daty pacienta
 - možnost vzdáleného servisního přístupu
- b) Zařízení musí splňovat podmínky pro používání při poskytování zdravotní péče podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, včetně požadavků stanovených prováděcími předpisy těchto zákonů.
- c) Součástí dodávky budou následující práce:
- doprava a instalace RTG přístroje
 - proškolení personálu
 - demontáž a ekologická likvidace stávajícího RTG přístroje

- provedení přijímací zkoušky dle § 70 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. a vyhlášky č. 389/2012 Sb.
- zajištění měření rozptýleného záření specializovanou firmou, která má k této činnosti odbornou způsobilost
- zajištění záručního a pozáručního servisu, přičemž práce na odstranění závad musí být zahájeny do 3 pracovních dnů od nahlášení závady
- odstranění vad a nedodělků, které brání řádnému užívání zařízení, zjištěných při přejímce nebo později v záruční lhůtě, do 15 dnů od data písemného oznámení objednatelem
- po dobu záruční doby (minimálně však 1x ročně) provedení bezpečnostně technické kontroly dle § 27 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, která je nezbytná pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných kontrol kalibrace a revizí předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy tak, aby zařízení splňovalo podmínky uvedené v § 4 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 307/2002 Sb., v platném znění
- poslední bezpečnostně technická kontrola musí být uchazečem provedena nejdříve jeden kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty,
- prohlášení o shodě (jestliže není v českém jazyku, tak včetně jeho překladu do českého jazyka)

d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

e) Zadavatel požaduje dobu plnění veřejné zakázky nejpozději do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

f) Klasifikace prací dle číselníku NIPEZ: 33111000-1 Rentgenové přístroje

g) Záruční doba bude poskytnuta v délce, kterou navrhne účastník v návrhu kupní smlouvy a záruka bude poskytnuta na celý předmět plnění. Zadavatel požaduje záruku za jakost v délce minimálně 36 měsíců.

Kontaktními osobami veřejné zakázky jsou Ing. Zacpal, tel 583488450 a Mgr. Pelnářová, tel. 583488488, email: vzacpal@vez.mir.justice.cz a jpelnarova@vez.mir.justice.cz.

3. Prohlídka místa plnění

Před podáním nabídky je možná prohlídka místa plnění, jejíž termín je nutno předem telefonicky dohodnout s kontaktními osobami (viz. výše). Účastníci prohlídky musí mít u sebe platný průkaz totožnosti.

4. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy a pro účastníka je závazný; účastník doplní pouze zadavatelem vymezené údaje; ostatní náležitosti návrhu smlouvy není oprávněn účastník měnit. Nabídky účastníků, které

nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. Cena bude hrazena na základě jediné faktury, která bude uhrazena po předání a převzetí zboží. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Kvalifikační předpoklady

a) Profesní kvalifikační předpoklady splní účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, je-li v ní zapsán;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

b) Technické kvalifikační předpoklady splní účastník, který předloží:

- seznam alespoň 2 obdobných zakázek za poslední 3 roky, přičemž za obdobné zakázky se v tomto případě považují zakázky na dodávku skiagrafického RTG přístroje včetně digitalizace a jejich skutečně uhrazená cena musí činit minimálně 1.500.000,- Kč.

Doklady k prokázání kvalifikačních požadavků účastník předkládá v prostých kopiích. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nebude ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

6. Požadavky na zpracování nabídky

a) Nabídka musí být podána v elektronické podobě a musí obsahovat tyto náležitosti:

1. **Krycí list** s identifikací dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu;
2. Nabídkovou cenu za předmět plnění dle b. 2. této výzvy;
3. **Návrh kupní smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Účastník závazně použije text smlouvy, který tvoří obchodní a platební podmínky a který je součástí této výzvy (příloha č. 1) a **doplní pouze chybějící údaje**.
4. Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů podle čl. 5. této výzvy;
5. Doklady požadované podle § 48 odst. 7 ZZVZ: má-li dodavatel formu akciové společnosti, předloží **čestné prohlášení**, že má výlučně zaknihované akcie.

b) Požadavek na zpracování ceny:

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč členěná na cenu bez DPH, výši a sazbu DPH v % a celkovou cenu v Kč včetně DPH. Cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady spojené s řádným provedením předmětu veřejné zakázky vymezeného v této výzvě;
2. Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH.

7. Požadavky na podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje

Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě. Nabídka bude zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnota nabídkové ceny bude účastníkem předložena rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě k elektronickému nástroji E-ZAK:

- a) podrobné instrukce elektronického nástroje dodavatel nalezne v „uživatelské příručce“ pod odkazem:
<https://ezak.vscr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>.
- b) systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK dodavatel nalezne pod odkazem
https://ezak.vscr.cz/data/manual/QCM.Podepisovací_applet.pdf
- c) systémové požadavky a ověření správnosti a funkčnosti nastavení webového prohlížeče a systému dodavatel nalezne pod odkazem
https://ezak.vscr.cz/test_index.html

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele a elektronické funkcionality elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje pro nahrání veškerých příloh).

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

- a) Lhůta pro podání nabídek je do **8. června 2017 do 10.00 hodin**
- b) Elektronická adresa pro podání nabídek: <https://ezak.vscr.cz/vz00005272>

- c) Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci.
- d) Nabídky mohou být podány pouze v českém a slovenském jazyce.

9. Způsob hodnocení nabídek

- a) Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena podle celkové nejnížší nabídkové ceny za dílo uvedené v návrhu smlouvy o dílo. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka, která po kontrole splnění požadavků zadavatele bude obsahovat nejnížší cenu za provedení předmětu plnění uvedeného v čl. 2. Této výzvy v korunách českých bez DPH.
- b) Nabídky, které budou obsahovat dobu plnění delší než 30 kalendářních dnů, nebudou hodnoceny.
- c) Nabídky, které budou obsahovat záruku za jakost kratší než 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, nebudou hodnoceny.
- d) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele E-ZAK Oznámení o vyloučení dodavatele, Oznámení o výběru dodavatele a Oznámení o zrušení zadávacího řízení. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Dodavatel bere na vědomí povinnost zadavatele uveřejnit uzavřenou kupní smlouvu na profilu E-ZAK a v Registru smluv.

10. Ostatní podmínky výzvy

- a) Dokumenty pro zpracování nabídky včetně znění dotazů účastníků a odpovědí zadavatele jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, portál: <http://ezak.vscr.cz>, č. zakázky: P17V00000426.
- b) Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ činí 180 kalendářních dnů.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo nezahrnout do hodnocení nabídky, které nesplní podmínky této výzvy a právo odmítnout všechny předložené nabídky a poptávkové řízení zrušit do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
- d) Účastníkům nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídek.

Vrchní rada

plk. Ing. Mgr. Vladimír LANG

ředitel věznice

plk. Mgr. ~~Rada~~ Roman Mišák

ZŘV

Přílohy: 1. Návrh kupní smlouvy
2. Krycí list