



**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**  
**Generální ředitelství, odbor právní, oddělení veřejných zakázek**  
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-67761-10/ČJ-2017-800097

**Vysvětlení zadávací dokumentace**  
ve veřejné zakázce  
**„GŘ OZS - Parní sterilizátory“**

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz:**

V Technické specifikaci požadujete po dobu záruky provádět bezpečnostní technické kontroly BTK (což bývá standardně vyžadováno), ale v příloženém návrhu smlouvy máte v článku III. odst. 1 uveden požadavek na provádění BTK po dobu 5 let (zřejmě pozůstatek z jiné smlouvy). Prosíme o sjednocení.

**Odpověď:**

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že bezpečnostní technické kontroly vyžaduje po dobu 5 let, tedy v souladu s požadavkem uvedeným v návrhu smlouvy.

**Změna:**

V příloze č. 7 Výzvy k podání nabídek - **Technická specifikace pro část 1. VZ** místo „BTK po dobu záruky (včetně předepsaných pravidelných výměn dílů)“, čtete „BTK po dobu 5 let (včetně předepsaných pravidelných výměn dílů)“.

V příloze č. 8 Výzvy k podání nabídek - **Technická specifikace požadovaného zboží pro 2. část VZ** místo „BTK po dobu záruky“ čtete „BTK po dobu 5 let“.

Zadavatel dále uvádí, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne: 20. 11. 2017

Ing. Pavel Skříčka MBA  
Náměstek generálního ředitele  
pro ekonomiku, investice a zotavovny  
Vězeňské služby ČR v.r.