



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor právní, oddělení veřejných zakázek
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-67761-15/ČJ-2017-800097

Vysvětlení zadávací dokumentace
ve veřejné zakázce
„GŘ OZS - Parní sterilizátory“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vysvětluje dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

Rádi bychom požádali v rámci VZ: GŘ OZS – Parní sterilizátory, č.j. VS-67761-7/ČJ-2017-800097 o doplňující informaci v části Autokláv 15 ks.

V návrhu KS odstavec VIII. par. 4 uvádíte:

Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době vady nejpozději do 48 hodin od doby, kdy o nich byl informován, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu. Vzhledem k počtu autoklávů a vytíženosti našeho servisu a riziku, že díl bude muset být objednán, bychom rádi poprosili o zmírnění tohoto požadavku.

Navrhujeme opravu do 5 pracovních dnů a pokutu 100 Kč/den (odst. IX, par. 3.)

Odpověď:

Zadavatel na uvedeném požadavku na odstranění vad uvedeném v čl. VIII. odst. 4 a čl. IX. odst. 2 přílohy Výzvy č. 1 – Návrh kupní smlouvy č. 1 trvá. Navrhovaná lhůta by znamenala možný výpadek na dobu převyšující reálně jeden týden, což je nepřijatelný stav. Vytíženost servisu, v daném případě navíc pouze jednoho dodavatele, považujeme z hlediska zadávacích podmínek za nepodstatnou. Dodavatelé by měli být o kvalitě jimi nabízených výrobků přesvědčeni, čili teoretické hromadné uplatňování reklamací považujeme za nepravděpodobné.

Zadavatel dále uvádí, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek

V Praze dne: 29. 11. 2017

Ing. Pavel Skříčka MBA v. r.
Náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku, investice a zotavovny
Vězeňské služby ČR