



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, Odbor právní, oddělení veřejných zakázek
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-113965-13/ČJ-2017-800097-VERZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„P-Pankrác – přímá digitalizace RDO“

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotaz.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v kapitole Diagnostická pracovní stanice pro lékaře radiologa přílohy č. 4 uvádí podmínku pro diagnostický prohlížeč pro práci se zdravotnickou obrazovou dokumentací... viz text ZD, certifikaci pro zdravotnický prostředek třídy IIb.

Bude zadavatel akceptovat systém třídy IIa? Dle Direktiv EU a i české legislativy NV 54/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky, v příloze č. 9, hlava III., odst. 6 Zvláštní klasifikace zdravotnického prostředku, konkrétně 6.4. Pravidlo č. 16, dává předpoklad, že ZP specificky určený pro záznam diagnostických rentgenových zobrazení patří do třídy IIa. Jedná se o třídy zdravotnických prostředků dle míry rizika, kterou představuje použití pro uživatele, popřípadě jinou fyzickou osobu. V případě softwaru nevidíme žádný důvod pro vyšší třídu bezpečnosti.

Odpověď na dotaz č.1:

Zadavatel uvádí, že je možná i třída IIa nebo tř. I .

Dotaz č. 2:

V kapitole Diagnostická pracovní stanice pro lékaře radiologa přílohy č. 4 se požaduje pro popis skiagrafických snímků s rozlišením 3MPx na každý z dvojice monitorů.

Bude zadavatel akceptovat řešení s jedním 6MP monitorem, který umožňuje možnost konfigurace jako 2x3MP monitory?

Odpověď na dotaz č.2:

Zadavatel bude akceptovat řešení s jedním 6 MP monitorem.

Dotaz č. 3:

V kapitole Archivace digitálních obrazů z ultrazvukového přístroje přílohy č. 4 je požadována snadná archivace modalit. V případě, že by přístroj postrádal SW licenci pro DICOM export, vyžadovalo by to dodatečné náklady, jejichž výši určuje ceník dodavatele ultrazvukového přístroje.

Jakým ultrazvukovým přístrojem a od kterého dodavatele přístroje disponuje, má tento přístroj DICOM výstup?

Odpověď na dotaz č.3:

Zadavatel uvádí, že ultrazvukový přístroj Toshiba, Xario 100 je možno zapojit do Pacsového systému. Přístroj je však nutné rozšířit o elektronickou licenci formátu DICOM.

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená ve Výzvě, se nemění.

V Praze dne 12. 7. 2018

Ing. Jaroslav Myšička v.r.
náměstek GŘ pro ekonomiku, investice
a zotavovny Vězeňské služby ČR