



VS-113965-15/ČJ-2017-800097-VERZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky
„P-Pankrác – přímá digitalizace RDO“

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotaz.

Dobrý den,
chtěli bychom Vás požádat o zodpovězení následujících dotazů:

Otázka č.1:

- z technické specifikace není zcela zřejmé, zda-li má být součástí dodávky i potřebný HW. Chápeme z popisu správně, že mají být součástí dodávky i 2 fyzické servery s integrovaným datovým úložištěm pro instalaci PACS?

Odpověď č.1:

ANO, součástí dodávky je i potřebný HW

Otázka č.2:

- má být součástí dodávky HW i další příslušenství - RACK, UPS, apod.?

Odpověď č.2:

ANO, součástí dodávky je RACK, UPS.

Otázka č.3:

- má být požadovaná diagnostická pracovní stanice ve standardní konfiguraci, tzn. 1x PC vč. klávesnice, myši a OS, 1x UPS, 2x diagnostický monitor vč. graf.karty, 1x náhledový monitor pro práci s NIS?

Odpověď č.3

ANO

Otázka č.4:

- chápeme správně, že má být diagnostický i klinický prohlížeč webový bez nutnosti instalace na koncovém zařízení?

Odpověď č.4

Instalace proběhne na diagnostické pracovní stanici radiologa. Na počítače ostatních lékařů je třeba instalovat jednoduchý webový DICOM prohlížeč s veškerými potřebnými funkcemi pro klinický náhled-

Zadavatel upozorňuje, že nedochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená ve Výzvě, se nemění.

V Praze dne 12. 7. 2018

Ing. Jaroslav Myšíčka v.r.
náměstek GŘ pro ekonomiku, investice
a zotavovny Vězeňské služby ČR