



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č.j.: VS 88/001/007/2014-50/ZDR/812
VYŘIZUJE: Mgr. Michal Barák
TELEFON: 244 024 910
KE-MAIL: mbarak@vscr.justice.cz

V Praze dne 22. 5. 2014

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Zadavatel byl osloven jedním z uchazečů s dotazem, který směřoval k parametru „ohnisková vzdálenost“ uvedeného v technické specifikaci.

Dotaz:

„Rádi bychom se do výběrového řízení přihlásili, ale Vaše podmínka je ohnisková vzdálenost 0,7 mm. Naše rentgeny mají ale ohniskovou vzdálenost 0,4 mm. Je to pro Vás důležité kritérium? Jde mi o to, zda-li se mám do výběrového řízení přihlašovat, či nikoli.“

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 2 odst. 4 v rámci požadavků na technické parametry dodávaného zboží stanovil, že toto musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v technické specifikaci nebo lepší. Vzhledem k tomu, že ohnisková vzdálenost 0,4 mm představuje v tomto ohledu právě onu kvalitu lepší, bude takováto nabídka splňovat v předmětném bodě podmínky stanovené zadavatelem.

S pozdravem

MUDr. Jaroslav Žižka
ředitel odboru zdravotnické služby