



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č.j.: VS 88/001/009/2014-50/ZDR/812
VYŘIZUJE: Mgr. Michal Barák
TELEFON: 244 024 910
E-MAIL: mbarak@grvs.justice.cz

V Praze dne 2. 6. 2014

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Zadavatel byl osloven uchazečem s dotazem, který směřoval k některým parametrům zadávací dokumentace.

Dotaz:

„Je přejímací zkouškou myšlena přejímací zkouška v souladu s ČSN EN 60601-1-3 dle metodiky schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost?“

Odpověď:

Zadavatelem stanovená přejímací zkouška skutečně znamená zkoušku dle metodiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, protože jinak nelze přístroj používat.

S pozdravem

MUDr. Jaroslav Žižka
ředitel odboru zdravotnické služby