



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor zdravotnické služby
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

NAŠE č.j.: VS 88/001/008/2014-50/ZDR/812
VYŘIZUJE: Mgr. Michal Barák
TELEFON: 244 024 910
E-MAIL: mbarak@grvs.justice.cz

V Praze dne 30. 5. 2014

Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci

Zadavatel byl osloven uchazečem s dotazem, který směřoval k některým parametrům zadávací dokumentace.

Dotaz:

„1) Má zadavatel požadavkem „Ohnisková vzdálenost 0,7 mm“ na mysli, že ohnisko rentgenky může mít velikost max. 0,7 mm?

2) Je termínem „Napětí rentgenky v rozmezí od 60 do 70 kV“ myšleno, že rtg. přístroj musí umožňovat snímkování při hodnotě 60 kV i při hodnotě 70 kV?


3) Může vybraný dodavatel dodat rtg. přístroj s délkou resp. dosahem ramene nižším, než je požadovaná hodnota min. 200 cm, jestliže by to na konkrétním pracovišti znamenalo velké obtíže pro obsluhu či až nemožnost provést některé typy projekcí? Tento případ nastává, jestliže je rtg. přístroj umístěn v bezprostřední blízkosti rtg. sedačky. Na prvních 3 prohlídkách jednotlivých pracovišť toto skutečně nastává. Proto jsou tato pracoviště vybavena rtg. přístroji s výrazně kratším ramenem. (Prakticky všichni výrobci nabízí pro každý model min. 3 délky ramene.)“

Odpověď:

- 1) Zadavatel v zadávací dokumentaci v článku 2 odst. 4 v rámci požadavků na technické parametry dodávaného zboží stanovil, že toto musí splňovat požadavky stanovené zadavatelem v technické specifikaci nebo lepší. Jestliže tedy zadavatel stanovil ohniskovou vzdálenost 0,7 mm, pak se oním lepším parametrem rozumí každá nižší hodnota, tj. například 0,4 mm atp.
- 2) Stanovením rozsahu napětí rentgenky zadavatel stanovil mezní hodnoty, v jejichž rozpětí musí napětí rentgenky být. Nejedná se tedy o požadavek na volitelnou hodnotu.

- 3) Minimální délka ramene rentgenového přístroje byla zvolena s ohledem na požadavky všech příslušných prostor, v nichž budou tyto přístroje instalovány. Předložená nabídka tak musí tento parametr splňovat.

S pozdravem


MUDr. Jaroslav Žižka
ředitel odboru zdravotnické služby