



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

Č.j.: VS-49333-5/ČJ-2016-800080-VERZAK

### Dodatečná informace č. 1

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

#### „GŘ OZS – Pankrác - Autoklávy“

Na základě žádosti o dodatečné informace zasláné zájemcem o realizaci veřejné zakázky, upřesňuje zadavatel zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**GŘ OZS – Pankrác - Autoklávy**“, zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a uveřejněné dne **28. 9. 2016** prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem **P16V00000161**.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotazu.

#### Dotaz č. 1:

*U velkého sterilizátoru je v zadání uvedeno: Objem komory 300 až 500 litrů (4STJ). Je přijatelné nabídnout válcovou komoru o vnitřním objemu 320L (průměr 740 mm, hloubka 750mm)?*

#### Odpověď na dotaz č. 1:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že zdravotnické zařízení, kam bude předmět veřejné zakázky dodán, používá sterilizační kontejnery, respektive ucelený systém těchto kontejnerů. Válcová komora autoklávy v tomto případě není přijatelná, neboť by nebyla dodržena podmínka zadavatele stanovená v technické specifikaci v části 1. písm. i).

Autoklávy pro zdravotnická zařízení musí též splňovat normu dle ČSN EN 285, ČSN EN ISO 17665-1 a vyhlášku č. 306/2012. Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření

infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

#### **Dotaz č. 2:**

*Bude možná prohlídka místa plnění? V zadání není uvedeno datum...*

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

K uvedenému dotazu zadavatel doplňuje informace uvedené v kapitole 3. Zadávací dokumentace takto:

- a) Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 10. 2016 od 13:30 hod. na adrese: Vazební věznice Praha-Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha.
- b) Účastníci prohlídky (nejvýše 2 osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnost.
- c) Sraz zájemců je v 13:20 hod. na osobní vrátnici.

Kontaktní osoba: vrchní sestra Nemocnice s poliklinikou při Vazební věznici Praha – Pankrác, paní Jana Heinrichová, e-mail: [jheinrichova@vez.oan.justice.cz](mailto:jheinrichova@vez.oan.justice.cz), tel: 261 033 001.

Pro povolení vstupu do areálu věznice musí zájemci nejpozději do 18. 10. 2016 do 10:00 hod zaslat kontaktní osobě na e-mail:

- jméno a příjmení
- číslo OP
- adresu sídla firmy podle obchodního rejstříku.

#### **Dotaz č. 3:**

*Je požadována doba dodání 30 dnů od podpisu smlouvy, což je u zejména o velkých přístrojů nereálné. Bavíme se o tlakových nádobách a ty prochází řadou zkoušek, jež v zájmu bezpečnosti není možné vynechat. Je přijatelná doba dodání do 60 dnů od podpisu smlouvy, což je u tohoto typu přístrojů standard?*

**Odpověď na dotaz č. 3:**

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že mění požadovanou dobu dodání zboží uvedenou v kapitole III. zadávací dokumentace a v článku V., odst. 2. návrhu kupní smlouvy **ze 30 dnů od podpisu smlouvy na 60 dnů od podpisu smlouvy.**

Dále zadavatel upřesňuje, že požaduje pouze sálové autoklávy, kde se budou sterilizovat operační nástroje a vše, co je potřebné k chirurgickým zákrokům (tkaniny, roztoky, přístroje, vybavení atd.), tedy nikoliv autoklávy laboratorní.

**Zadavatel současně upozorňuje, že dochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek uvedená ve Výzvě se nově stanovuje na 1. 11. 2016 do 10:00 hod.**

V Praze dne

6. 10. 2016

.....  
Ing. Pavel Skříčka, MBA  
náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny